





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

Necessidade de atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

2. OBJETO

Materiais médico-hospitalares /produtos para a saúde/insumos em geral

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1. Prazo de entrega: Especificar o prazo de entrega do material:

3.1.1. A entrega do material empenhado deverá ser parcelada, conforme necessidade da Universidade;

3.1.2. O início da entrega não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho.

3.2. Local de Entrega: O Objeto desta Licitação deverá ser entregue no Almoxarifado do Hospital de Clínicas da UFU: Av. Amazonas, 2.210 - Campus Umuarama – Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2359 e (34) 3218:2192, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, em dias úteis, e, será recebido desde que:

3.2.1. esteja compatível com esta Licitação;

3.2.2. não apresente avaria ou adulteração;


3.2.3. esteja dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90).

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O produto importado terá que trazer em sua embalagem as instruções em português.

4.2. As embalagens terão que conter todos os dados referentes ao produto, como determina o Código de Defesa do Consumidor (fabricante, data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade, advertências, etc.), assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 3/01/96).

Amorim



- 4.3. Empresa fornecedoras de produtos químicos deverão apresentar FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). Não serão aceitos os produtos em que há registro de queixa técnica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia ou alerta da ANVISA nos últimos doze meses. Em caso de produtos desconhecidos, serão solicitadas, pela Gerência de Risco, amostras para teste que deverão ser testadas no período de dez dias para conclusão de parecer técnico. Se o produto for reprovado haverá notificação no sistema NOTIVISA e desclassificação do mesmo neste processo licitatório.

Não serão aceitos os materiais médicos hospitalares e insumos em geral, que tiveram intercorrência técnica ou fiscal no país, ou que tiveram intercorrência técnica ou clínica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, documentada no Setor de Gerência de Risco do mesmo;

- 4.3.1. A constatação quanto à regularidade será feita pelo Pregoeiro, quando encerrada a etapa de lances, em consulta aos representantes da Gerência de Risco e da Gestão de Materiais, através do(s) seu(s) representante (s) presente(s) na abertura da Sessão Pública.

- 4.4 A(s) licitante(s) deverá(ão) fornecer o número completo do registro do produto cotado:

- 4.4.1 Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a Licitante terá que manifestar/declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, inclusive quanto à autorização expedida pelo Ministério da Saúde / Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, na forma prevista pela lei 5.991/73, art. 4º, inciso IV, e, que está apta a comercializar os produtos objeto deste Termo e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.

- 4.4.2 Serão desclassificadas as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos e aquelas em que se constatar que o registro, ou a sua isenção, na ANVISA não está em vigor, que não corresponde ao produto oferecido ou que os elementos apresentados não permitem a verificação de sua regularidade.

- 4.5 Exigências que deverão constar na Proposta:



4.5.1 Validade do produto: especificar que só serão entregues os materiais médicos hospitalares e insumos em gerais, com validade igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses a vencer, exceto àqueles cuja validade normal seja comprovadamente inferior a este prazo, caso em que tal situação terá que ser devidamente esclarecida na Proposta;

4.5.2 Nome do fabricante e nome comercial do(s) produto(s).

5. HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

5.1. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:** As licitantes vencedoras deverão apresentar a Comissão Permanente de Licitações, os documentos atualizados relacionados abaixo:

5.1.1. LABORATÓRIOS:

5.1.1.1. Cópia da Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual (alvará sanitário).

5.1.1.2. Cópia da Autorização de Funcionamento e Autorização de Funcionamento Especial (para medicamentos da Portaria 344/98) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

5.1.1.3. Cópia do certificado do registro de certificado do produto, emitido pela ANVISA, não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial do produto.



5.1.1.4. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação por linha de produção/produtos, emitido pela ANVISA, na forma do art. 5º da Portaria MS nº 2814/98, versão publicada em 18/11/1998.

5.1.1.5. Para produtos fabricados no exterior: deverá ser apresentada cópia da Certificação de boas práticas de fabricação expedido pela autoridade sanitária do país de origem do produto e/ou da ANVISA, inclusive em casos de terceirização do processo produtivo.

5.1.1.6. Cópia do Certificado de Regularidade Técnica expedido pelo Conselho Regional de farmácia.

5.1.2. DISTRIBUIDORAS:

5.1.2.1. Além dos documentos acima citados deverão apresentar cópia da declaração do seu credenciamento como distribuidora junto à empresa detentora do registro dos produtos.



6. **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

- 6.1. Todo e qualquer produto ofertado terá que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas neste Termo.
- 6.2. A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro produto que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.
- 6.3. Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material/equipamento fora das condições solicitadas.
- 6.4. Será desclassificado automaticamente na abertura da sessão pública, o participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos, ou seja, **MENOR VALOR POR ITEM.**

7. **DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA**

- 7.1. Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.
- 7.2. Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor de referência em planilha anexa ao processo.

Responsáveis:

Edgar José Pereira
Gerente de Materiais e Suprimentos

Enf. Gisélia Matos *G. Matos*
Coord. Comissão de Padronização dos Materiais Hospitalares
Tecnovigilância - Gerência de Risco



ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

- 1.1. **Da Aquisição:** Material médico hospitalar indispensável à manutenção e prestação de assistência continuada aos pacientes do SUS / Sistema Único de Saúde, no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia..
- 1.2. **Da demonstração de quantitativos:** Quanto aos elementos para definição dos bens e seus quantitativos, os mesmos são levantados por cada Unidade Acadêmica ou Administrativa, considerando a sua demanda, tendo cada um, autonomia sobre o recurso de sua Matriz Orçamentária, discutida e aprovada Conselho Universitário.
- 1.3. **Do Termo de Referência:** Na Universidade Federal de Uberlândia a Solicitação de Compras é o Termo de Referência dito como nascedouro da compra, pois nela constam todos os dados necessários para elaboração do Instrumento Convocatório, sendo que, àqueles itens não constantes da mesma, são procedimentos padrões da Instituição, sendo da Diretoria de Compras sua definição e responsabilidade.

2. OBJETO

- 2.1. Materiais Hospitalares, entre outros, conforme detalhamento do item 15 deste Termo.


3. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

- 3.1. **Do Registro de Preços:** A Universidade fará Registro de Preços, considerando a conveniência da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, conforme art. 3º, inciso II do Decreto 7892/2013
- 3.2. Da modalidade escolhida **PREGÃO ELETRÔNICO:** O objeto deste termo caracteriza-se por "bem comum", visto ser possível descrevê-lo de forma objetiva e clara podendo ser adquirido pelo MENOR PREÇO sem afetar a análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao interesse público, assim a Universidade adotou a regra geral da licitação.

4. PRAZO / VALIDADE / LOCAL DE ENTREGA

- 4.1. **Prazo:** não superior a 10 (dez) dias úteis contados a partir da confirmação da compra através da Nota de Empenho;
- 4.2. **Validade:** Os produtos entregues pela(s) Licitante(s) Vencedora(s) deverão ter validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido na embalagem.
 - 4.2.1. **Local de Entrega:** O Objeto desta Licitação deverá ser entregue no Almoxarifado do Hospital de Clínicas da UFU: Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia-MG, telefone: (34) 3218.2392, das 8h00min às 16h00min, em dias úteis
 - 4.2.1.1. Estejam compatíveis com esta Licitação;
 - 4.2.1.2. Não apresentem avaria ou adulteração;
 - 4.2.1.3. Estejam dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90).

L



5. NORMAS E PROCEDIMENTOS

5.1. As Licitantes deverão atender, no que couber, as exigências abaixo:

5.1.1. Os produtos importados deverão trazer em suas embalagens as instruções em português.

5.1.1.1. As embalagens terão que conter todos os dados referentes ao produto, como determina o Código de Defesa do Consumidor (fabricante, data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade, advertências, etc.), assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 3/01/96).

5.1.2. Fornecedoras de produtos químicos deverão apresentar FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). Não serão aceitos os produtos em que há registro de queixa técnica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia ou alerta da ANVISA nos últimos doze meses. Em caso de produtos desconhecidos, serão solicitadas, pela Gerência de Risco, amostras para teste que deverão ser testadas no período de dez dias para conclusão de parecer técnico. Se o produto for reprovado haverá notificação no sistema NOTIVISA e desclassificação do mesmo neste processo licitatório.

5.1.3. Não serão aceitos os materiais médicos hospitalares e insumos em geral, que tiveram intercorrência técnica ou fiscal no país, ou que tiveram intercorrência técnica ou clínica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, documentada no Setor de Gerência de Risco do mesmo;

5.1.3.1. A constatação quanto à regularidade será feita pelo Pregoeiro, quando encerrada a etapa de lances, em consulta aos representantes da Gerência de Risco e da Gestão de Materiais, através do(s) seu(s) representante(s) presente(s) na abertura da Sessão Pública.

6. ENCARGOS DAS PARTES

6.1. As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Caberá à **Licitante Vencedora**:

6.2.1. manter, durante todo o fornecimento, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à **Universidade Federal de Uberlândia** a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da solicitação da **UFU**, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções;

L




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



- 6.2.3. responder pelos danos causados diretamente à **UFU** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;
- 6.2.4. respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da **UFU**;
- 6.2.5. responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.
- 6.2.6. São expressamente vedadas à **Licitante Vencedora**:
- 6.2.6.1. a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização da **UFU**;
- 6.2.6.2. a subcontratação para a execução do objeto deste termo;
- 6.2.6.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da **UFU**, durante o período de fornecimento.
- 6.3. Caberá à **Universidade/UFU**:
- 6.3.1. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela(s) **Licitante Vencedora(s)**, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado;
- 6.3.2. solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 6.3.3. disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
- 6.4. Além dos encargos acima as partes deverão cumprir ainda todas as obrigações constantes no Edital e nos demais anexos que compõem o processo licitatório.
7. **ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**
- 7.1. A **Licitante Vencedora** ficará obrigada a aceitar as alterações previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da **UFU**, com a apresentação das devidas justificativas.
8. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
- 8.1. A contratação fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e a todos os anexos do Pregão Eletrônico n.º 136/2015, constante do processo 23117.007353/2015-13, bem como à proposta da **Licitante Vencedora**.
- 8.2. A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a referida aquisição está fundamentada na justificativa de fls 109 do processo.
9. **LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**
- 9.1. A **UFU** realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do atestamento da Nota Fiscal, que somente será realizado após o recebimento definitivo do material.
- 9.2. A **UFU**, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à **Licitante Vencedora**, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela **Licitante Vencedora**, nos termos deste termo de referência.


L



10. SANÇÕES

- 10.1.** A **Licitante Vencedora** será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo e no Edital e demais cominações legais, nos seguintes casos:
- 10.1.1.** apresentação de documentação falsa;
 - 10.1.2.** retardamento da execução do objeto;
 - 10.1.3.** falhar na execução do objeto;
 - 10.1.4.** fraudar na execução do objeto;
 - 10.1.5.** comportamento inidôneo;
 - 10.1.5.1.** reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
 - 10.1.6.** declaração falsa;
 - 10.1.7.** fraude fiscal.
- 10.2.** Para condutas descritas nos itens 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5., 10.1.6. e 10.1.7. será aplicada multa de no máximo 30% do valor do empenho.
- 10.3.** Para os fins dos itens 10.1.2. e 10.1.3. será aplicada multa nas seguintes condições:
- 10.3.1.** 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do empenho por dia de atraso na entrega, até no máximo de 15% (quinze por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 - 10.3.1.1.** caso o atraso seja motivado pela entrega de produtos em desconformidade com as especificações técnicas deste Termo, somar-se-á àquela multa o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do empenho;
- 10.4.** No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a **UNIVERSIDADE**, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as sanções previstas no Edital.
- 10.5.** Após o trigésimo dia de atraso, a **UFU** poderá rescindir a execução do objeto contratado, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.
- 10.6.** O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à **Licitante Vencedora**.
- 10.7.** Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a **Licitante Vencedora** obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
- 10.8.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela **Licitante Vencedora** à **UFU**, a **Licitante Vencedora** será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

C



- 10.9. Além das sanções citadas acima, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, às penalidades descritas no Edital, e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

11. FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO

- 11.1. A execução, o recebimento, a atestação e a fiscalização da entrega dos produtos serão exercidos pela Divisão de Almoxarifado da **Universidade**, por meio de servidores designados para este fim, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à **Licitante Vencedora**, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações
- 11.2. A fiscalização do objeto será exercida por servidores especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
- 11.3. Não obstante ser a **Licitante Vencedora** a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a **Universidade** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.
- 11.4. Cabe à **Licitante Vencedora** atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a **Universidade**, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da **Licitante Vencedora**, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.
- 11.5. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da **Universidade** ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
- 11.6. Os produtos e bens, bem como a execução do objeto, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela **Universidade Federal de Uberlândia**, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como na sua devida adequação/substituição e/ou refazimento, sem que caiba à **Licitante Vencedora** qualquer tipo de reclamação ou indenização.
- 11.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da **Universidade** para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

12. ADJUDICAÇÃO / CONTRATO

- 12.1. A adjudicação dos materiais descritos neste Termo será feita pelo **menor preço por item**.

L



13. RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

13.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, da **Licitante Vencedora** poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

13.1.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a **UFU** adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

14. CONSIDERAÇÕES GERAIS

14.1. Todo e qualquer material/equipamento/serviço ofertado terão que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas no Edital.

14.2. A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro material/equipamento/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.

14.3. Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material fora das condições solicitadas.

14.4. Será desclassificado automaticamente na abertura da sessão pública, o participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).

15. DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA

15.1. Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.


15.2. Considerando o preço de mercado apurado por esta **Universidade**, temos o seguinte valor referência:

16.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1.000ML	4800	FR	4,08	19.584,00
2	ALCOOL COMERCIAL 96 GRAUS, FRASCO COM 1000 ML	1080	FR	5,14	5.551,20
3	SOLUÇÃO DE MILTON HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% ALTAMENTE BACTERICIDA. UTILIZADO NO PREPARO DOS CANAIS RADICULARES, DESINFETANTE E ANTISSÉPTICO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM PROTEGIDA DA LUZ. FRASCO COM 1000 ML TER CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE E LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL OU ESTADUAL. PORTARIA 327/1997.	360	LT	4,95	1.782,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
4	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FR 1000 ML	240	FR	4,46	1.070,40
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 ESTERIL BISEL TRIFACETADO EMB.PAPEL GRAU CIRURGICO - CAIXA COM 100 PEÇAS	240	CX	6,02	1.444,80
6	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 40 X 12, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - CAIXA 100 UNIDADE.	220	CX	9,20	2.024,00
7	ALGODAO HIDROFILO, 100 % ALGODÃO, MACIO E SUPER ABSORVENTE, PACOTE COM 500 GRAMAS	30	RL	11,63	348,90
8	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA FRASCO COM 1000 ML.	2400	FR	6,72	16.128,00
9	COMPRESSA DE GAZE, CIRÚRGICA, ESTÉRIL, HIDRÓFILA 100 % ALGODÃO, PACOTE COM 05 UNIDADES	48000	PT	0,26	12.480,00
10	COMPRESSA DE GASE COM DIMENSÃO 7,5 X 7,5 CM, CIRÚRGICA, ESTÉRIL, HIDRÓFILA, 100 % ALGODÃO, COM 09 FIOS COM 08 DOBRAS, COMPRESSA ABERTA TEM APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 420 CM2, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS, EMBALAGEM EM PACOTE PLÁSTICO COM 500 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	800	PT	14,00	11.200,00
11	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CX C/75UN	96	CX	3,54	339,84
12	DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO COM PH NA FAIXA NEUTRA INDICADO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, UTILIZADA EM LAVADORAS DE ENDOSCÓPIOS, TERMODESINFECTORAS, LAVADORAS ULTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, À BASE DE, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES. FÓRMULA NÃO ESPUMANTE. DEVE SER BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, REMOVER TODOS OS CONTAMINANTES ORGÂNICOS, INICIAR A LIMPEZA NO CONTATO E COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS. SOLUÇÃO NÃO CORROSIVA, NÃO DEVE DANIFICAR FIBRAS ÓTICAS E MATERIAL VIDEO-ENDOSCÓPICO, NÃO SER IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR NA SUA FORMA PURA. SEM AÇÃO RESIDUAL. EMBALADO EM FRASCO DE 1,0 A 5,0 LITROS, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDOS DESCREVENDO SUA ANÁLISE QUÍMICA E CONCENTRAÇÃO ENZIMÁTICA; LAUDOS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR - REBLAS/ANVISA; LAUDOS DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS (NÃO CORROSIVIDADE); LAUDOS DE BIODEGRABILIDADE AMBIENTAL. PRODUTO DEVE CONTER NO FRASCO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO, TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NO DETERGENTE, VALIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUÍDA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	200	GL	100,00	20.000,00

C



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Fis. 388
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
13	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4, 5 M, 100 % ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS	60	RL	5,96	357,60
14	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MATERIAL MADEIRA SEM FERPAS E POLIDO, FORMATO TIPO ESPÁTULA, COM APROXIMADAMENTE 14,0 CM DE COMPRIMENTO, 1,50 CM DE LARGURA, 2,0 MM DE ESPESSURA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	400	PT	4,28	1.712,00
15	FITA ADESIVA BRANCA PARA USO GERAL HOSPITALAR UM ROLO C/ 19 MM X 50 METROS - M322 COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO BRANCO COM ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA	480	RL	2,99	1.435,20
16	FITA AUTOCLAVE- UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. MEDIDAS: 19MM X 30M.	480	PC	4,16	1.996,80
17	FIXADOR FOTOQUÍMICO PARA FILMES DE RAIO-X HOSPITALAR, PROCESSO AUTOMÁTICO, PARA PREPARAR 38 LITROS DE SOLUÇÃO	15	CX	129,00	1.935,00
18	GORRO DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO PCT COM 100 UNIDADES.	400	PT	6,50	2.600,00
19	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.	7500	PR	0,98	7.350,00
20	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.	10000	PR	0,96	9.600,00

C



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




Fls. 383
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
21	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.	10000	PR	0,97	9.700,00
22	LUVA CIRURGICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA, PAR	3000	PR	0,98	2.940,00
23	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA EM PÓ BIODEGRADÁVEL. TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UN.	300	CX	16,99	5.097,00
24	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA EM PÓ BIODEGRADÁVEL. TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UN.	2000	CX	16,00	32.000,00
25	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA EM PÓ BIODEGRADÁVEL. TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UN.	4500	CX	15,77	70.965,00
26	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA EM PÓ BIODEGRADÁVEL, TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP) CAIXA COM 100 UN.	4500	CX	16,87	75.915,00
27	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA (COM FILTRO BACTERIANO) COR BRANCA. TIPO:ELÁSTICO, ANTI - ALÉRGICA, HIDRO - REPELENTE. APRESENTAÇÃO - CAIXA COM 50 UN.	1000	PC	8,26	8.260,00
28	PVPI ANTISÉPTICO - SOLUÇÃO AQUOSA - COM 1LITRO	96	FR	16,02	1.537,92
29	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, FORMATO 100 MM x 100 MTS - COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO, SELAGEM TRIPLA E SENTIDO DE ABERTURA.	100	BB	53,00	5.300,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
30	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, FORMATO 150 MM x 100 MTS - COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO, SELAGEM TRIPLA E SENTIDO DE ABERTURA.	50	BB	83,12	4.156,00
31	REVELADOR FOTOQUÍMICO PARA FILMES DE RAIO-X HOSPITALAR, PROCESSO AUTOMÁTICO, PARA PREPARAR 38 LITROS DE SOLUÇÃO	20	CX	182,50	3.650,00
32	VASELINA SÓLIDA. FRASCO COM 500 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ TER O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE E LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL OU ESTADUAL. RDC 199/2006	30	FR	26,90	807,00
33	LAMINA DE BISTURI ESTERELIZADA N 15, CAIXA COM 100 UNIDADES.	200	CX	24,74	4.948,00
34	REVELADOR FOTOQUÍMICO PARA FILMES DE RAIO-X HOSPITALAR, PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 2,08 ML, PARA PREPARAR 9,5 LITROS DE SOLUÇÃO.	30	GL	123,50	3.705,00
35	FIXADOR FOTOQUÍMICO PARA FILMES DE RAIO-X HOSPITALAR, PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 2,08 ML, PARA PREPARAR 9,5 LITROS DE SOLUÇÃO.	30	GL	123,50	3.705,00
36	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 3 LITROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - COR EXTERNA: AMARELA, COM DIZERES EM PRETO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	10	PT	21,90	219,00
37	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0 45,0 CM - COM AGULHA DE 3/8 CÍRCULO - FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO Nº 4-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO - SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPRE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO.	9600	EV	1,20	11.520,00
38	DETERGENTE BIODEGRADAVEL NONILFENOXI POLETANOL ORTOFOSFATO TRISODICO EDTA TETRASSODICO 1 KILO	60	KG	28,68	1.720,80

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
39	TIRA REATIVA PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE COMPATÍVEIS COM O GLICOSÍMETRO G-TECH, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	50	PC	50,90	2.545,00
40	FITA CIRURGICA HIPOALERGICA-RAYON DE VISCOSE ADESIVO ACRILICO 25 MM X 10 MT	36	RL	3,36	120,96
41	LANCETA PARA OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR, RETRÁTIL, ESTERILIZADA, DESCARTÁVEL, COM AGULHA SILICONIZADA E PONTA TRIFACETADA, COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA, QUE ATENDE A NR-32, E NÃO NECESSITA DE CANETA LANCETADORA. CAIXA COM 200 UNIDADES E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO.	3	CX	14,00	42,00
42	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER LOCK 10 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	15000	PC	0,28	4.200,00
43	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER LOCK 20 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 20ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	10000	PC	0,34	3.400,00

✓



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
44	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ DIREITA 5 FR AR II 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO AMPLATZ DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO AR II, COM 5,0 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	159,46	1.913,52
45	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ ESQUERDA 5 FR AL I 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO AMPLATZ DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO AL I, COM 5,0 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	190,00	2.280,00
46	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ ESQUERDA 5 FR AL II 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO AMPLATZ DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO AL II, COM 5,0 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	190,00	2.280,00
47	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO NIH 5 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO NIH, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 100,0 CM; GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	154,48	1.853,76

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
48	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO NIH 6 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO NIH, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 100,0 CM; GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	550,00	6.600,00
49	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO RADIAL 5 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO RADIAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100,0 CM; PONTA COM 4,0 CM DE COMPRIMENTO, 01 ORIFÍCIO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	200	PC	79,50	15.900,00
50	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5 FR 100 A 110 CM 1050 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO VERTEBRAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1050 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	120	PC	67,50	8.100,00
51	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5 FR 100 A 110 CM 1050 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO VERTEBRAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1050 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	420	PC	87,71	36.838,20

C




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
52	CATETER DUPLO LUMEN, DESCARTAVEL, APIROGENICO, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE 20 CM, C/ 12 FR, CONTENDO:CATETER, DILATADOR, GUIA E ACESSORIOS - ADULTO.	700	PC	96,84	67.788,00
53	CATETER DUPLO LUMEN ADULTO, 36 CM LONGA PERMANENCIA P/ HEMODIALISE: KIT CONTENDO UM (1) CATÉTER DE 36 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA INTRODUTORA 18G (1,27mm) X 7 CM; SERINGA DE 12 ML; FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL EM "J" / RECTO COM 0,965mm (0,038 pol.) X 70 CM; BAINHA/DILATADOR DESCARTAVEL OVAL; ESTILETE TUNELADOR; BISTURI NÚMERO 11; QUATRO (4) COMPRESSAS DE GASES COM 10,2 cm X DOIS (2) PENSOS; DUAS TAMPAS VEDANTES; DILATADOR (3,3mm). ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.	25	PC	1.190,00	29.750,00
54	CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO, 28 CM LONGA PERMANENCIA P/ HEMODIALISE: KIT CONTENDO UM (1) CATÉTER DE 28 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA INTRODUTORA 18G (1,27mm) X 7 CM; SERINGA DE 12 ML; FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL EM "J" / RECTO COM 0,965mm (0,038 pol.) X 70 CM; BAINHA/DILATADOR DESCARTAVEL OVAL; ESTILETE TUNELADOR; BISTURI NÚMERO 11; QUATRO (4) COMPRESSAS DE GASES COM 10,2 cm X DOIS (2) PENSOS; DUAS TAMPAS VEDANTES; DILATADOR (3,3mm). ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.	12	PC	1.580,00	18.960,00
55	CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO PARA HEMODIALISE,8 FR X 11 CM (14 GA,14 GA),CONFECCIONADO EM POLIURETANO CENTIMETRADO,GUIA METALICO, CATETER PARA PUNCAO,DILATADOR DE VASO E SERINGA 5 CC.	12	PC	430,00	5.160,00
56	CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO PARA HEMODIALISE, 9 FR X 12 OU 13 CM (14 GA,14 GA),CONFECCIONADO EM POLIURETANO CENTIMETRADO,GUIA METALICO, CATETER PARA PUNCAO,DILATADOR DE VASO E SERINGA 5 CC.	5	PC	70,00	350,00
57	CATETER EPIDURAL 16 G - CATETER EPIDURAL CONFECCIONADO EM NYLON, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A DOBRAS E ACOTOVELAMENTOS, GRADUADO COM MARCAS DE PROFUNDIDADE, EXTREMIDADE PROXIMAL RADIOPACA EM FORMATO ARREDONDADA COM 03 ORIFÍCIOS LATERAIS, FECHADO NA PONTA. DIMENSÕES: CALIBRE 16 G, DIÂMETRO EXTERNO 1,1 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,25 ML, COMPRIMENTO 900,0 MM. CONTÉM UM CONECTOR LUER LOCK NA EXTREMIDADE DISTAL E UM GUIA PARA O CATETER. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	700	PC	23,10	16.170,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
58	CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G X 1,75" - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 14G X 1,75" (APROXIMADAMENTE 2,1MM X 4,5 CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPAS PROVIDAS DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5000	PC	2,06	10.300,00
59	CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G X 5,1 CM LONGO - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 16G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPAS PROVIDAS DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 5,1 CM (LONGO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5000	PC	2,08	10.400,00
60	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G X 5,1 CM LONGO - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPAS PROVIDAS DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO DE 4,5 CM ATÉ 5,1 CM (LONGO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10000	PC	1,99	19.900,00

l




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
61	CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 20G X 1,16"(APROXIMADAMENTE 1,1 MM X 3,0CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	65000	PC	1,85	120.250,00
62	CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 22G X 1" (APROXIMADAMENTE 0,9MM X 2,5CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	65000	PC	1,96	127.400,00
63	CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 24G X 0,75" (APROXIMADAMENTE 0,7MM X 1,9CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO. TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	40000	PC	2,04	81.600,00




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
64	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CURTO 16G X 3,2 CM - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 16G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 3,2 CM (CURTO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	600	PC	2,15	1.290,00
65	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CURTO 18G X 3,2 CM - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 3,2 CM (CURTO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	3000	PC	1,64	4.920,00
66	CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS DIREITA 5 FR CURVA JR 3.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JR 3.5 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	90	PC	115,00	10.350,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
67	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 FR CURVA JL 3.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JL 3.5 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	25	PC	81,06	2.026,50
68	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 FR CURVA JL 4.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JL 4.5 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	15	PC	81,06	1.215,90
69	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 FR CURVA JL 5.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JL 5.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	15	PC	81,06	1.215,90

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
70	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 FR CURVA JL 6.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JL 6.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	12	PC	81,06	972,72
71	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 FR CURVA JL 4.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JL 4.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	50	PC	81,06	4.053,00
72	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO LEHMAN 7 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO LEHMAN, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 7 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 100,0 CM; GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	550,00	6.600,00

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
73	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO LEHMAN 5 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO LEHMAN, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	2	PC	550,00	1.100,00
74	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO LEHMAN 6 FR 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO LEHMAN, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	550,00	6.600,00
75	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO MULTIPURPOSE 5 FR MULTI A I - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO MULTI A1, COM 5,8 CM DE COMPRIMENTO, 02 ORIFÍCIOS. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	50	PC	104,50	5.225,00
76	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS CONFECCIONADO EM PVC., ESTERELIZADO COM GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	15000	PC	1,18	17.700,00
77	CATETER VENOSO CENTRAL, APIROGENICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, 19GX8" C/ 20.3 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	140	PC	29,36	4.110,40



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




Fls. 395
Viso

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
78	CATETER VENOSO CENTRAL, APIROGENICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, 19GX12" C/ 30.5 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	80	PC	40,82	3.265,60
79	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO PIGTAIL 5 FR 110 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIGTAIL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 110,0 CM; PONTA COM ÂNGULO 155°, 5,0 CM DE COMPRIMENTO, 05 ORIFÍCIOS. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	210	PC	85,00	17.850,00
80	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO PIGTAIL 5 FR 110 CM 1200 PSI - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIGTAIL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 110,0 CM; PONTA COM ÂNGULO 155°, 5,0 CM DE COMPRIMENTO, 05 ORIFÍCIOS. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	70,00	840,00
81	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO SIMMONS 5 FR CURVA I 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO SIMMONS I, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO CURVA I, GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	12	PC	370,00	4.440,00




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
82	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO SIMMONS 5 FR CURVA II 100 CM - CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO SIMMONS II, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA TIPO CURVA II, GUIA COMPATÍVEL 0,38". SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	40	PC	72,50	2.900,00
83	CATETER TENCKHOFF ADULTO C/ 2 CUFF FIXO 47 CM - CATETER PARA DIALISE PERITONIAL ADULTO TIPO TENCKHOFF, 47,0 CM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, COM DOIS "CUFF" (PUNHOS) DE FIBRA DE POLIÉSTER PARA FIXAR O CATETER, MICROFUIROS NAS LATERAIS DA EXTREMIDADE PROXIMAL. ACOMPANHA 01 OCLUSOR, 01 CONECTOR, 01 TAMPA LUER. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	15	PC	201,50	3.022,50
84	CATETER TENCKHOFF NEONATAL C/ 2 CUFF 31 CM - CATETER PARA DIALISE PERITONIAL NEONATAL TIPO TENCKHOFF, CALIBRE 09 FR E COMPRIMENTO 31,0 CM, COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, COM DOIS "CUFF" (PUNHOS) DE FIBRA DE POLIÉSTER PARA FIXAR O CATETER, MICROFUIROS NAS LATERAIS DA EXTREMIDADE PROXIMAL. ACOMPANHA 01 OCLUSOR, 01 CONECTOR, 01 TAMPA LUER. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	12	PC	97,50	1.170,00
85	CATETER TENCKHOFF PEDIATRICO C/ 2 CUFF 32 CM	40	PC	105,50	4.220,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
86	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL ADULTO EM TITÂNIO - KIT DE CATETER VENOSO CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTÁVEL PARA QUIMIOTERAPIA (PORT-A-CATH), PARA USO EM PACIENTE ADULTO, COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM TITÂNIO, ELETROPOLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORMATO CIRCULAR, ANATÔMICO, COM PERFIL MEDINDO 9,2 MM DE ALTURA E 29,0 MM DE BASE, COM SEPTO EM SILICONE AUTOCICATRIZANTE DE 12,0 MM DE DIÂMETRO. O RESERVATÓRIO POSSUI FUROS LATERAIS PARA FIXAÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM SILICONE, MONOLÚMEN, RADIOPACO, GRADUADO, COM DIMENSÕES: CALIBRE 9,0 FR, COMPRIMENTO 70,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 3,0 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,50 MM; PONTA ARREDONDADA. 02 UNIDADES DE CONECTORES TIPO SHIELD; TUNELIZADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; AGULHA DE PUNÇÃO DE 18 G; INTRODUTOR PEEL-A-WAY EM TEFLON DE 10 FR, COM DILATADOR; GUIA METÁLICO MEDINDO 0,035 X 70 CM; COM AVANÇADOR E PONTA ATRAUMÁTICA EM "J"; SERINGA LUER DE 10,0 ML; CÂNULA DE HUBER CURVA 90°, 20 G X 20 MM COM EXTENSÃO E CONEXÃO LUER; CONEXÃO LUER PARA TESTE; MANUAL COM INSTRUÇÕES DE USO PARA O PROFISSIONAL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO PARA O PACIENTE; 01 CARTÃO PARA REGISTRO DE HEPARINIZAÇÕES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	24	PC	1.050,00	25.200,00
87	CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL INFANTIL EM TITÂNIO - KIT DE CATETER VENOSO CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTÁVEL PARA QUIMIOTERAPIA (PORT-A-CATH), PARA USO EM PACIENTE INFANTIL, COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM TITÂNIO, ELETROPOLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORMATO CIRCULAR, ANATÔMICO, COM PERFIL MEDINDO 8,2 MM DE ALTURA E 25,0 MM DE BASE, COM SEPTO EM SILICONE AUTOCICATRIZANTE DE 11,0 MM DE DIÂMETRO. O RESERVATÓRIO POSSUI FUROS LATERAIS PARA FIXAÇÃO. CATETER CONFECCIONADO EM SILICONE, MONOLÚMEN, RADIOPACO, GRADUADO, COM DIMENSÕES: CALIBRE 7,5 FR, COMPRIMENTO 70,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 2,5 MM, DIÂMETRO INTERNO 1,30 MM; PONTA ARREDONDADA. 02 UNIDADES DE CONECTORES TIPO SHIELD; TUNELIZADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; AGULHA DE PUNÇÃO DE 18 G; INTRODUTOR PEEL-A-WAY EM TEFLON DE 08 FR, COM DILATADOR; GUIA METÁLICO MEDINDO 0,035 X 70 CM, COM AVANÇADOR E PONTA ATRAUMÁTICA EM "J"; SERINGA LUER DE 10,0 ML; CÂNULA DE HUBER CURVA 90°, 20 G X 20 MM COM EXTENSÃO E CONEXÃO LUER; CONEXÃO LUER PARA TESTE; MANUAL COM INSTRUÇÕES DE USO PARA O PROFISSIONAL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO PARA O PACIENTE; 01 CARTÃO PARA REGISTRO DE HEPARINIZAÇÕES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	15	PC	765,00	11.475,00

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
88	CATETER UMBILICAL 3,5 FR - CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM LINHA RADIOPACA, GRADUADO NO MÁXIMO A CADA 5,0 CM POR TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ABAULADA, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER LOCK E TAMPA PROTETORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: CALIBRE 3.5 FR, COMPRIMENTO 40,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 1,16 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,11 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	30	PC	27,27	818,10
89	CATETER UMBILICAL 5 FR - CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM LINHA RADIOPACA, GRADUADO NO MÁXIMO A CADA 5,0 CM POR TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ABAULADA, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER LOCK E TAMPA PROTETORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: CALIBRE 5.0 FR, COMPRIMENTO 40,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 1,70 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,30 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	30	PC	17,53	525,90
90	CATETER VENOSO CENTRAL, APIROGENICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, 16 GA X 8" C/ 20.3 CM DE COMPRIMENTO, C/ AGULHA 16 G X 1,7" MM ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.	200	PC	28,16	5.632,00
91	CATETER VENOSO CENTRAL, APIROGENICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, 16 GA X 12" (1.7 MM X 30.5 CM), C/ AGULHA 14 GA X 2" (2.1 MM X 5.1 CM), ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.	150	PC	40,00	6.000,00
92	CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO LUMEN, 7FR, 20CM, KIT ESTERIL, ACOMPANHADO DE SERINGA DE 5ML, DESCARTAVEL, RADIOPACO DE POLIURETANO, SEM CLAMP, COM BAIXO INDICE DE INFEECAO, COM BIOCOMPATIBILIDADE, RESISTENTE A FORMACAO DE TRAMBOS, SEM LATEX.	4000	PC	120,00	480.000,00

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




Fis. 399
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
93	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (VENOSO) CONFECCIONADO EM SILICONE COM PAREDES LISAS E HOMOGENEAS, RADIOPACO, ÚNICO LUMEN, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MINI KIT CONTENDO FITA MÉTRICA, AGULHA INTRODUTÓRIA DE 26 GA, CATETER DE 1.9 FR MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO E GUILHOTINA OU TESOURA. REGISTRO NA ANVISA.	300	PC	205,30	61.590,00
94	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO DUPLO LUMEN 4 FR,13 CM, KIT ESTERIL ACOMPANHADO DE SERINGA DE 5ML,DESCARTAVEL.RADIOPACO DE POLIURETANO,SEM CLAMP,C/BAIXO INDICE INFECCAO,C/BIOCOMPATIBILIDADE,RESISTENTE A FORMACAO DE TRAMBOS,SEM LATEX.	250	PC	60,50	15.125,00
95	CATETER VENOSO CENTRAL, PEDIATRICO,DUPLO LUMEN 5 FR 13 CM KIT ESTERIL,ACOMPANHADO DE SERINGA DE 5ML,DESCARTAVEL.RADIOPACO DE POLIURETANO,SEM CLAMP,COM BAIXO INDICE DE INFECCAO,COM BIOCAMPATIBILIDADE,RESISTENTE A FORMACAO DE TRAMBOS,SEM LATEX.	220	PC	85,00	18.700,00
96	CATETER VENOSO CENTRAL, PEDIATRICO,TRIPLO LUMEN 5,5FR, 8CM,KIT ESTERIL,COM SERINGA DE 5ML,DESCARTAVEL.RADIOPACO DE POLIURETANO,C/ CLAMP E COM DILATADOR C/BAIXO INDICE DE INFECCAO,C/BIOCOMPATIBILIDADE,RESISTENTE A FORMACAO DE TRAMBOS,S/ LATEX.	40	PC	64,80	2.592,00
97	CATETER VENOSO CENTRAL, TRIPLO LUMEN 7,0 FR 20 CM,KIT ESTERIL,COM SERINGA DE 5ML, DESCARTAVEL. RADIOPACO DE POLIURETANO,C/ CLAMP E COM DILATADOR C/BAIXO INDICE DE INFECCAO,C/BIOCOMPATIBILIDADE,RESISTENTE A FORMACAO DE TRAMBOS,S/ LATEX.	350	PC	77,62	27.167,00
98	CERA PARA OSSO - HEMOSTÁTICO CIRÚRGICO TÓPICO (CERA PARA OSSO), COMPOSTO POR 80% DE CERA ALVEJADA DE ABELHA E 20% DE PALMITATO DE ISOPROPILA. APRESENTADO EM FORMA DE TABLETE, PESO 2,5 GRAMAS. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO.	1200	EV	5,56	6.672,00
99	CLAMP UMBILICAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.	3500	PC	0,90	3.150,00
100	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO, ATRAUMATICO SLS GRANDE COR LARANJA (LT 400) (ENVELOPE COM 06 CLIPS)A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 33cm X 10mm, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO LARGO (400 LARANJA)	280	EV	24,44	6.843,20

C




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
101	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO, ATRAUMATICO SLS MEDIO-GRANDE, VERDE (LT 300) (ENVELOPE COM 06 CLIPS)A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 08 (OITO) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 33cm X 10mm, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MEDIO LARGO (300 VERDE)	340	EV	24,44	8.309,60
102	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO, ATRAUMATICO SLS MEDIO, COR AZUL (LT 200) (ENVELOPE COM 06 CLIPS)A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL SENDO: "01 (UM) 20CM X 10MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MEDIO (200 AZUL) CIRURGIA CARDIACA" E "01 (UM) 33CM X 10MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MEDIO (200 AZUL)	300	PC	25,00	7.500,00
103	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO ATRAUMATICO SLS PEQUENO, COR AMARELO (LT 100) (ENVELOPE C/ 6 CLIPS)A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 01 (UM) APLICADOR DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 20CM X 10MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO PEQUENO (100 AMARELO) CIRURGIA CARDIACA.	300	EV	32,58	9.774,00
104	CLIP HEMOSTATICO ENDOSCÓPICO 9,0 MM - CLIP ENDOSCÓPICO PARA O TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM ABERTURA EM 9,0 MM, ANGULAÇÃO DE 135°, PERFIL LONGO, COMPRIMENTO 9,0 MM. AS MANDÍBULAS DO CLIP TEM DESENHO TIPO DENTE DE RATO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DO CLIP EM BLISTER DE PLÁSTICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. A EMPRESA QUE VENCER A LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, DUAS UNIDADES DE CLIPADOR PARA HEMOSTASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL (APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO), ROTATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE TRABALHO 230,0 CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL DE TRABALHO 2,8 MM, DIÂMETRO DO APLICADOR 2,7 CM, COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO COM TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8 MM, RECARREGÁVEL, MECANISMO DE ROTAÇÃO 1-1 PARA RESPOSTAS PRECISAS. O APLICADOR É FORMADO PELA CAMISA METÁLICA E MANOPLA EM CORPO ÚNICO. CLIPADOR ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA REPROCESSAMENTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR A TROCA DOS CLIPADORES POR OUTROS NOVOS, QUANDO O MESMO ESTIVER DANIFICADO SEM CONDIÇÕES DE USO.	200	PC	250,00	50.000,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
105	<p>COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO MEDIO - (DIMENSÕES APROXIMADAS - CIRCUNFERÊNCIA 40,0 A 55,4 CM, ALTURA ANTERIOR 11,5 CM, ALTURA POSTERIOR 5,0 X 10,0 CM, PESO 0,156 KG, ABERTURA 5,0 X 10,0 CM), O COLAR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO EVA MACIO ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO), FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CÔR PADRÃO UNIVERSAL (FORRAÇÃO BRANCO, VELCRO LARANJA), BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÊIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.</p>	60	PC	10,91	654,60
106	<p>COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PEDIATRICO - (DIMENSÕES APROXIMADAS - CIRCUNFERÊNCIA 30,0 A 44,0 CM, ALTURA ANTERIOR 10,1 CM, ALTURA POSTERIOR 3,5 X 5,50 CM, PESO 0,087 KG, ABERTURA 3,5 X 5,50 CM), O COLAR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO EVA MACIO ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO), FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CÔR PADRÃO UNIVERSAL (FORRAÇÃO BRANCO, VELCRO AZUL CLARO), BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÊIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.</p>	60	PC	11,29	677,40
107	<p>COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PEQUENO - (DIMENSÕES APROXIMADAS - CIRCUNFERÊNCIA 40,0 A 55,4 CM, ALTURA ANTERIOR 10,6 CM, ALTURA POSTERIOR 4,5 X 8,50 CM, PESO 0,127 KG, ABERTURA 4,5 X 8,50 CM), O COLAR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO EVA MACIO ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO), FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CÔR PADRÃO UNIVERSAL (FORRAÇÃO BRANCO, VELCRO AZUL ROYAL), BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÊIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.</p>	150	PC	11,29	1.693,50



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




Fls. 408
10
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
108	COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PP - (DIMENSÕES APROXIMADAS - CIRCUNFERÊNCIA 40,0 A 55,4 CM, ALTURA ANTERIOR 09,2 CM, ALTURA POSTERIOR 3,5 X 5,50 CM, PESO 0,111 KG, ABERTURA 3,5 X 5,50 CM), O COLAR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO EVA MACIO ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO), FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CÔR PADRÃO UNIVERSAL (FORRAÇÃO BRANCO, VELCRO LILÁS), BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUIR 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE, UMA ABERTURA QUE PERMITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA. NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL. OS BOTÕES DEVERÃO SER DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA.	60	PC	24,00	1.440,00
109	COLCHÃO HOSPITALAR, DENSIDADE 33, MED.1,88 X 0,68 X 0,14, CAPA (SEM ZIPER, E COSTURA APENAS NAS LATERAIS) EM COURINO SUPER DT, COR AZUL ESCURO, CINZA OU BEGE. (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	50	PC	358,00	17.900,00
110	COLCHÃO HOSPITALAR, DENSIDADE 33, MED.1,88 X 0,88 X 0,14, CAPA (SEM ZIPER, E COSTURA APENAS NAS LATERAIS) EM COURINO SUPER DT, COR AZUL ESCURO, EMBALAGEM INDIVIDUAL)	50	PC	358,00	17.900,00
111	COLCHÃO PARA MACA, DENSIDADE 33, MED. 1,50 (CORPO) + 0,40 (CABECEIRA) X 0,54 X 0,10, CAPA (SEM ZIPER, E COSTURA APENAS NAS LATERAIS), EM COURINO SUPER DT, COR BRANCO, BEGE OU AZUL. (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	150	PC	120,00	18.000,00
112	COLETOR DE URINA, INFANTIL, FEMININO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	12000	PC	0,48	5.760,00
113	COLETOR DE URINA, INFANTIL, MASCULINO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	12000	PC	0,52	6.240,00
114	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, ESCALA EM ml, ESTERILIZADO, DRENAVEL, DESCARTAVEL, C/ VALVULA ANTI-REFLUXO, CAPACIDADE 2.000 ML	8400	PC	3,23	27.132,00
115	COLETOR DE URINA, GRADUADO DE 100 EM 100 ML, TIPO SACO, CAPACIDADE DE 2.000 ML.	440000	PC	0,29	127.600,00
116	COLETOR DESC. MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES 1,5 LTS, CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORCORTANTE COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. COM DESCONECTADOR DE AGULHAS. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	400	PC	5,69	2.276,00




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
117	COLETOR DESC. MATERIAIS PERFUROCORANTES 13 LTS, AIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	8000	PC	3,39	27.120,00
118	COLETOR DESC. MATERIAIS PERFUROCORANTES 7 LTS - CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	7000	PC	3,19	22.330,00
119	COLETOR DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFUROCORANTES, COR ALARANJADO, DE PAPELÃO, COM REVESTIMENTO INTERNO DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 13 LITROS.	900	PC	13,50	12.150,00
120	COLETOR DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFUROCORANTES, COR ALARANJADO, DE PAPELÃO, COM REVESTIMENTO INTERNO DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 7 LITROS	120	PC	39,95	4.794,00
121	COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 10X9 CM, PEQ. C/ 5 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 10 X 9 cm (CAMPO OPERATORIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL) CONSTITUIDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 10 X 9 cm, ESTÉRELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES	9000	PT	3,00	27.000,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
122	COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 25X28 CM,GDE.C/ 2 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 X 28 CM (CAMPO OPERATÓRIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL), CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 25 X 28 CM, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE COM 2 UNIDADES.	91000	PT	3,04	276.640,00
123	COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 25X28 CM,GDE.C/ 5 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 X 28 cm (CAMPO OPERATÓRIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL), CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 25 X 28 cm, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES.	77000	PT	4,30	331.100,00
124	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO), MEDINDO 50CM X 45CM, 100% ALGODÃO, CONSTITUÍDA DE 04 CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE PARA EVITAR DESPRENDIMENTO DE FIOS, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADA NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM PACOTES COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME A LEI E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	8000	PT	55,91	447.280,00
125	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS. 13 FIOS POR CM². ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, INODORAS E INSÍPIDAS ESTERILIZAÇÃO FEITA POR IRRADIAÇÃO GAMA OU POR ÓXIDO DE ETILENO. TODAS AS CARACTERÍSTICAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA NRS 13841. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	650000	PT	0,68	442.000,00

C



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




Fis. 405
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
126	COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA SINTÉTICA , NA COR BRANCA, PRODUZIDAS EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO (TNT) COMPOSTO 70% A 75% EM FIBRAS DE VISCOSE (RAYON) E 25% A 30% EM FIBRAS DE POLIÉSTER PURIFICADAS, GRAMATURA ACIMA DE 35,0 G/M², ISENTA DE ALVEJANTES ÓPTICOS, AMIDO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. COMPRESSA ABERTA COM ÁREA DE 225,0 CM² E DOBRADA COM MEDIDAS 7,5 CM DE COMPRIMENTO E 7,5 CM DE LARGURA. DEVE SER ABSORVENTE, POUCO ADERENTE, MACIA, COM DOBRAS UNIFORMES E NÃO DESFIAR. PACOTE COM 10 UNIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.	5000	PT	0,73	3.650,00
127	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTERIL, 100 % ALGODÃO, 08 DOBRAS, 13 FIOS. 7,5 X 7,5 CM, PACOTE 500 UNIDADES	180	PT	0,68	122,40
128	COMPRESSA NEUROLOGICA 1" X 3" - 25 X 76 MM ESTERIL DESCARTAVEL - COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CONFECCIONADA EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADAS, COM FILAMENTO IDENTIFICADOR RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO E TIRAS DE SEGURANÇA, ABSORVÍVEL. DIMENSÕES 25,0 MM X 76,0 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. ACONDICIONADA EM BLISTER DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	800	EV	69,80	55.840,00
129	COMPRESSA NEUROLOGICA 3/4 X 3/4 - 19 X 19 MM ESTERIL DESCARTAVEL - COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CONFECCIONADA EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADAS, COM FILAMENTO IDENTIFICADOR RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO E TIRAS DE SEGURANÇA, ABSORVÍVEL. DIMENSÕES 19,0 MM X 19,0 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. ACONDICIONADA EM BLISTER DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	400	EV	9,00	3.600,00

C



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
130	CONECTOR P/ CATETER VENOSO CENTRAL DE HEMODIÁLISE - CONECTOR PARA ACESSO INTRAVENOSO DE SISTEMA FECHADO, USO EM CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. DISPOSITIVO VALVULADO CONSTITUÍDO DE SILICONE E POLICARBONATO, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE À APLICAÇÃO DE ANTISSÉPTICO, POSSIBILITA DIVERSAS CONEXÕES SEM O USO DE AGULHAS, AUTO-VEDANTE, SEM ESPAÇO MORTO. CONECTOR TIPO MACHO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES LUER-LOK E LUER SLIP, POSSUI PRIMING ZERO E PRESSÃO NEUTRA, PERMITE FLUXOS SANGÜÍNEOS ACIMA DE 600 ML/MIN. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	2500	PC	7,65	19.125,00
131	CONEXAO P/ INFUSAO VENOSA 2 VIAS C/ CLAMP - TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE DUAS VIAS PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS. TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, DERIVAÇÃO EM Y, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,0 CM DE COMPRIMENTO E 12 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 1,6 ML. CONTÉM 02 PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO). NAS EXTREMIDADES DISTAIS HÁ 02 CONECTORES COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES LUER LOK E LUER SLIP. NA EXTREMIDADE PROXIMAL HÁ 01 CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003; COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS EXTREMIDADES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA	12000	PC	0,78	9.360,00

L



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**



Fls. 407
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
132	CONEXAO P/ INFUSAO VENOSA 4 VIAS C/ CLAMP - TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE QUATRO VIAS PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS. TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, DERIVAÇÃO EM Y, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 21,0 CM DE COMPRIMENTO E 12 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 3,7 ML. CONTÉM 04 PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO). NAS EXTREMIDADES DISTAIS HÁ 04 CONECTORES COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES LUER LOK E LUER SLIP. NA EXTREMIDADE PROXIMAL HÁ 01 CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003; COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS EXTREMIDADES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	650	PC	11,79	7.663,50
133	MACRONEBULIZADOR ADULTO PARA AR COMPRIMIDO- CONJUNTO MACRONEBULIZADOR, MATERIAL COPO ACRÍLICO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBO TRAQUÉIA, CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, EM SILICONE FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TUBO 1,2 METROS. ACESSÓRIOS: MÁSCARA FACIAL ADULTO, CONEXÃO METAL COM ROSCA, COM DISPOSITIVO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.	110	PC	137,50	15.125,00
134	MACRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO - CONJUNTO MACRONEBULIZADOR, MATERIAL COPO ACRÍLICO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, TUBO TRAQUÉIA, CORRUGADA EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, EM SILICONE FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TUBO 1,2 METROS. ACESSÓRIOS: MÁSCARA FACIAL ADULTO, CONEXÃO METAL COM ROSCA, COM DISPOSITIVO PARA REDE DE OXIGÊNIO.	100	PC	87,20	8.720,00
135	NEFROSTOMIA PERCUTANEA, CONJUNTO BASICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO E APIROGENICO, N. 3 14FR OU 14CH), ADULTO.	24	CJ	484,00	11.616,00
136	ASPIRACAO CIRURGICA CONJUNTO, DESCARTAVEL, BICO RIGIDO 20CM X 8MM DE DIAMETRO, COM EXTENSAO EM PVC CRISTAL.	720	CJ	7,76	5.587,20

L



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**




Fls. 408
[Assinatura]
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
137	COPO DOSADOR DE POLIPROPILENO ATÓXICO, BPA-BISPHENOL FREE, GRADUADO DE 5 EM 5 ML, CAPACIDADE 60 ML, COM TAMPA DE PRESSÃO E BORDA SUAVEMENTE ARREDONDADA.	2000	PC	11,00	22.000,00
138	CURATIVO FILME TRANSPARENTE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO RESISTENTE A AGUA.TAMANHO: 4,4 X 4,4 CM ESTERIL, DESCARTAVEL	6000	PC	4,10	24.600,00
139	CURATIVO TRANSPARENTE 8,9 X 11,5 CM TEGADERM - FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA E FIXAÇÃO DE CATETERES ADULTOS, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES: 8,9 CM X 11,5 CM. HIPOALERGÊNICO, UMA FACE ADESIVA, ISENTO DE LÁTEX, SEMIPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO NA JANELA E BORDA DE POLIÉSTER, ACOMPANHA DUAS FITAS DE POLIÉSTER PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. POSSUI SISTEMA DE MOLDURA QUE PERMITA APLICAÇÃO ASSÉPTICA. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	6000	PC	4,60	27.600,00
140	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E PARA ARTIGOS SEMICRÍTICOS À BASE DA SUBSTÂNCIA ATIVA GLUCOPROTAMINA EM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 12% EM SUA FORMULAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, GLUCOPROTAMINA, SURFACTANTE, ANTI-CORROSIVO, ÁGUA. EMBALADO EM GALÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, PREENCHIDO COM 6,0 LITROS DE VOLUME DA SOLUÇÃO. FRASCO DEVE INFORMAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, 04 UNIDADES DE DISPOSITIVO DILUIDOR: SISTEMA ELETRÔNICO GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO, MICROPROCESSADOR, PRECISO E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE PONTEIRA INTELIGENTE COM DETECTOR DE VOLUME GERADO GARANTINDO CONCENTRAÇÕES PRECISAS PARA USO DO DESINFETANTE ENTRE 0,5% A 1%. OS SISTEMAS PARA DILUIÇÃO DO PRODUTO DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU-UFU, EM LOCAIS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA REALIZAR TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES ASSISTENCIAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 40 FRASCOS BORRIFADORES PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, DE 500 ML CADA, PARA CADA GALÃO DE 6,0 LITROS QUE FOR ADQUIRIDO. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, BACTERICIDA, FUNGICIDA E MICOBACTERICIDA EM DILUIÇÕES DE USO TESTADAS EM LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA; LAUDOS FRENTE A GERMES MULTIRRESISTENTES EM PRESENÇA DE SUJEIRA; LAUDOS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR - REBLAS/ANVISA; LAUDOS DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, LAUDOS DE BIODEGRABILIDADE AMBIENTAL. O PRODUTO E LAUDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA ANVISA RDC Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007 E RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	200	LT	2.029,91	405.982,00

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
141	DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES FIXAS E AR-TIGOS SEMI-CRÍTICOS, ESTERILIZANTE, CONTENDO ACIDOACETICO E ACIDO PERACETICO, GALÃO C/ 20 L.	40	LT	444,00	17.760,00
142	DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO COM PH NA FAIXA NEUTRA INDICADO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, UTILIZADA EM LAVADORAS DE ENDOSCÓPIOS, TERMODESINFECTORAS, LAVADORAS ULTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, À BASE DE, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES. FÓRMULA NÃO ESPUMANTE. DEVE SER BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, REMOVER TODOS OS CONTAMINANTES ORGÂNICOS, INICIAR A LIMPEZA NO CONTATO E COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS. SOLUÇÃO NÃO CORROSIVA, NÃO DEVE DANIFICAR FIBRAS ÓTICAS E MATERIAL VIDEO-ENDOSCÓPICO, NÃO SER IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR NA SUA FORMA PURA. SEM AÇÃO RESIDUAL. EMBALADO EM FRASCO DE 1,0 A 5,0 LITROS, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDOS DESCREVENDO SUA ANÁLISE QUÍMICA E CONCENTRAÇÃO ENZIMÁTICA; LAUDOS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR - REBLAS/ANVISA; LAUDOS DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS (NÃO CORROSIVIDADE); LAUDOS DE BIODEGRADABILIDADE AMBIENTAL. PRODUTO DEVE CONTER NO FRASCO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO, TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NO DETERGENTE, VALIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUIDA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	560	GL	100,00	56.000,00
143	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,4 M² - USO ÚNICOFILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,4 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 74,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNIO DE 38,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	144	PC	47,50	6.840,00

L



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
144	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 95,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 53,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	4080	PC	45,19	184.375,20
145	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M ² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 116,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 68,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	720	PC	58,03	41.781,60

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
146	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 138,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 60,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	300	PC	28,50	8.550,00
147	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 0,7 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 0,7 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 42,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 20,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	192	PC	67,44	12.948,48

L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ITEM	DESCRIÇÃO	QTE.	UNID	VR. REFERÊNCIA EM REAIS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
148	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,3 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,3 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 82,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 40,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	120	PC	59,59	7.150,80
149	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 110,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 55,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	600	PC	68,22	40.932,00

17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

17.1. Diretoria de Compras e Licitações / DIRCL

L