

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

Processo...: 23117.007447/2015-92**Registro:** 391 / 2015**Data da Emissão:** 07/10/2015**Objeto Resumido:** CONSUMO: HOSPITALAR "EMERGENCIAL"**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço**Data e Hora da Abertura:** 09/10/2015 às 17:00**Observação:** .

Item	Especificação	Modelo	Marca	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA TRICOTOMIA. CAIXA 3X1			Peças	2.100,00		
2	LAMINA DE BISTURI N. 11			Peças	1.200,00		
3	LAMINA DE BISTURI N. 15			Peças	300,00		
4	LAMINA DE BISTURI N. 20			Peças	300,00		
5	LAMINA DE BISTURI N. 21			Peças	300,00		
6	LAMINA DE BISTURI N. 22			Peças	400,00		
7	LAMINA DE BISTURI N. 23			Peças	300,00		
8	LAMINA DE BISTURI N. 24			Peças	1.300,00		
9	LAMINA DE VIDRO C/ EXTREMIDADES FOSCAS, DE 26 X 76 MM, C/ 50 UNIDADES.			Caixas	360,00		
10	LAMINA P/ ENXERTO DE PELE 6 P			Peças	10,00		
11	LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL (A EMPRESA VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA DEVERÁ FORNECER 06 APARELHO DE TRICOTOMIA EM REGIME DE COMODATO).			Peças	200,00		
12	LAMINULA DE VIDRO 24 X 32 MM CX C/ 100 LAMINULAS			Caixas	20,00		
13	LAMINULA DE VIDRO 24 X 40 MM CX C/ 100 LAMINULAS			Caixas	20,00		
14	LAMINULA DE VIDRO P/ MICROSCOPIA 24 X 50MM CX C/ 100 LAMINULAS			Caixas	20,00		
15	LANCETA COM LANCETADOR ACOPLADO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR COM UMA AGULHA RETRÁTIL NA PARTE INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA A LASER, CALIBRE 28G POR 1,5MM DE PROFUNDIDADE. LANCETA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO QUE IMPEÇA A REUTILIZAÇÃO, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO INDIVIDUALMENTE NO CORPO PLÁSTICO DA LANCETA, FORMATO ERGONÔMICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO POR BOTÃO DE			Peças	30.000,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

ATIVACÃO, PERMITINDO A RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA APÓS O USO. ABA PROTETORA QUE GARANTA A ESTERILIDADE. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: CAIXAS DE PAPEL COM 100 UNIDADES, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE.

16	LENTE DE CONTATO TERAPEUTICA INDICADA PARA CORREÇÃO DE MIOPIA E HIPERMETROPIA, FORMATO ESFÉRICO, CONFECCIONADA EM ALPHAFILCON A, COM 66% DE CONTEÚDO AQUOSO E TINTA DE VISIBILIDADE, IMERSA EM SOLUÇÃO SALINA ESTÉRIL TAMPONADA DE BORATO. DIÂMETRO 14,2 MM, ESPESSURA 0,1 MM. PARÂMETROS ATENDIDOS: DE -0,50 A -6,00 (EM PASSOS DE 0,25 D); DE -6,50 A -9,00 (EM PASSOS DE 0,50 D) + 0,50 A + 6,00 (EM PASSOS DE 0,25 D). TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES (3 PARES) DO MESMO GRAU, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	150,00		
17	LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 6,5 ESTERÍL (EM NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)	Par	800,00		
18	LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 7,0 ESTERÍL (EM NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)	Par	600,00		
19	LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 7,5 ESTERÍL (EM NITRILO, NEOPRENO OU NINILO).	Par	800,00		
20	LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 8,5 ESTERÍL (EM NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)	Par	400,00		
21	LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 7,0 (LUVAS ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E QUE APRESENTEM MINIMO TEOR DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS) ATENDENDO A RDC 220/04 - ANVISA	Par	400,00		
22	LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 7,5 (LUVAS	Par	400,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

23	ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E QUE APRESENTEM MINIMO TEOR DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS) ATENDENDO A RDC 220/04 - ANVISA LUA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 8,0 (LUVAS ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E QUE APRESENTEM MINIMO TEOR DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS) ATENDENDO A RDC 220/04 - ANVISA	Par	400,00		
24	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE PÓ TAMANHO G, PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNA DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ, TAMANHO G, HIPOALÉRGICA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SUPERFÍCIE EXTERNA COM MICROTTEXTURA ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, ACABAMENTO NO PUNHO COM BORDA, AMBIDESTRA, FABRICADA NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE SUJIDADES. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS. NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM CAIXA DE CARTOLINA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	Peças	100.000,0		
25	LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE PÓ TAMANHO M - LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNA DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ, TAMANHO M, HIPOALÉRGICA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SUPERFÍCIE EXTERNA COM MICROTTEXTURA ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, ACABAMENTO NO PUNHO COM BORDA, AMBIDESTRA. FABRICADA NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE SUJIDADES. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS. NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM CAIXA DE CARTOLINA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Peças	400.000,0		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

26	PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE PÓ TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNA DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ, TAMANHO P, HIPOALÉRGICA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SUPERFÍCIE EXTERNA COM MICROTTEXTURA ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, ACABAMENTO NO PUNHO COM BORDA, AMBIDESTRA. FABRICADA NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE SUJIDADES. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS. NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM CAIXA DE CARTOLINA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.			Peças	500.000,0
27	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 6,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.			Par	6.000,00
28	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 6,5, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA			Par	10.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.				
29	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 7,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.	_____	_____	Par	12.000,00
30	LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA. PAR.	_____	_____	Par	16.000,00
31	LUVA CIRURGICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, Nº 8,0, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHA, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COM PUNHO ALTO ARREMATADO DE FORMA A MANTER O SEU FORMATO	_____	_____	Par	6.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	ANATÔMICO EM PERFEITA ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS INTERNAMENTE COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, O PAR DEVE ESTAR CONDICIONADO EM ENVELOPES INDIVIDUAIS MARCANDO MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA, DOBRADA SOBRE SI DE FORMA A APRESENTAR A ABERTURA EM PETÁLA, PAR				
32	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL EM VINIL LÁTEX FREE TAMANHO GRANDE, SEM TALCO, CX C/100 UND	Peças	3.000,00		
33	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL EM VINIL LÁTEX FREE TAMANHO MEDIO, SEM TALCO, CX C/100 UND	Peças	12.000,00		
34	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL EM VINIL LÁTEX FREE TAMANHO PEQUENO, SEM TALCO, CX C/100 UND	Peças	10.000,00		
35	MACACÃO PARA PROTEÇÃO QUÍMICA TAMANHO GRANDE - MACACÃO PARA PROTEÇÃO QUÍMICA CONFECCIONADO EM 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPOSTO DE FINAS FIBRAS CONTÍNUAS FORMANDO UM NÃO-TECIDO COM GRAMATURA 40,0 G/M². POSSUI ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ E NA PARTE DORSAL DA CINTURA; COM BOTAS E CAPUZ ACOPLADAS DO MESMO MATERIAL, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COSTURA SIMPLES COM LINHA DE POLIÉSTER TORCIDO POR TODA A PEÇA. MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA E AR), ANTIESTÁTICO, NÃO SOLTA FIAPOS, PESO APROXIMADO 142 GRAMAS, OFERECE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SECAS OU VAPORIZADAS, IMPEDE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS MAIORES QUE 1,0 MÍCRON. FABRICADO NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE MANCHAS E SUJIDADES. TAMANHO G. DEVE FORNECER GRAU DE PROTEÇÃO TIPO 5 E 6 PELA NORMA ISO 16602:2007. PRODUTO DESCARTÁVEL, REUSO LIMITADO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	400,00		
36	MACACÃO PARA PROTEÇÃO QUÍMICA TAMANHO XG - MACACÃO PARA PROTEÇÃO QUÍMICA CONFECCIONADO EM	Peças	400,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPOSTO DE FINAS FIBRAS CONTÍNUAS FORMANDO UM NÃO-TECIDO COM GRAMATURA 40,0 G/M². POSSUI ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ E NA PARTE DORSAL DA CINTURA; COM BOTAS E CAPUZ ACOPLADAS DO MESMO MATERIAL, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COSTURA SIMPLES COM LINHA DE POLIÉSTER TORCIDO POR TODA A PEÇA. MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESPIRÁVEL (PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA E AR), ANTIESTÁTICO, NÃO SOLTA FIAPOS, PESO APROXIMADO 142 GRAMAS, OFERECE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SECAS OU VAPORIZADAS, IMPEDE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS MAIORES QUE 1,0 MÍCRO. FABRICADO NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE MANCHAS E SUJIDADES. TAMANHO XG. DEVE FORNECER GRAU DE PROTEÇÃO TIPO 5 E 6 PELA NORMA ISO 16602:2007. PRODUTO DESCARTÁVEL, REUSO LIMITADO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

37	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 4CM X 25M.	_____	_____	Rolo	60,00	_____	_____
38	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 6CM X 25M.	_____	_____	Rolo	50,00	_____	_____
39	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO.	_____	_____	Rolo	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 8CM X 25M.					
40	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 10CM X 25M.		Rolo	50,00		
41	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 12CM X 25M.		Rolo	20,00		
42	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 15CM X 25M.		Rolo	10,00		
43	MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 20CM X 25M.		Rolo	5,00		
44	MAMADEIRA CHUCA 50 ML, LISA, POLICARBONATO, BICO LATEX, COM CAPUZ, TOLERANCIA A TEMPERATURA DE 120°		Peças	144,00		
45	MAMADEIRA LISA 240 ML BICO DE SILICONE (LATEX), COM CAPUZ E TOLERÂNCIA À TEMPERATURA DE 121° C.		Peças	144,00		
46	TORNEIRA MULTVIAS MANIFOLD 3 VALVULAS 5 VIAS -		Peças	12,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	TORNEIRA MULTIVIAS MANIFOLD COM 05 VIAS, SENDO 03 VIAS COM TORNEIRA, COM ORIENTAÇÃO DAS SAÍDAS À DIREITA, SUPORTA ATÉ 500 PSI, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COMPRIMENTO APROXIMADO 15,0 CM. POSSUI NA EXTREMIDADE PROXIMAL CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRATÓRIO E NA EXTREMIDADE DISTAL CONECTOR LUER LOCK FÊMEA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
47	MASCARA DE FIXACAO TERMOPLASTICA TAMANHO 9" X 14" X 3,2 MM (MT-APU-14)	Peças	10,00		
48	MASCARA DE PROTECAO PARA MICROORGANISMOS DA TUBERCULOSE N. 95 PARA PROTECAO CONTRA PARTICULAS DE ATE 3 MICRAS.DESCARTAVEL,COM CAMADAS DE FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO, COM CLIP NASAL	Peças	320,00		
49	MÁSCARA DESCARTAVEL C/ VISOR - MÁSCARA CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, ULILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA NÃO TECIDO NAS CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS COMO CAMADA FILTRANTE. PRODUTO COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA PARA PARTICULAS DE 3,2 MICRA. VISOR DE POLIETILENO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL PARA OS OLHOS, QUE NÃO PROVOQUE DISTORÇÕES NEM DESCONFORTO COMUM NO USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PRESENÇA DE ESPUMA NA REGIÃO NASAL PARA DIFILCULTAR O EMBACAMENTO DA PELÍCULA. CLIPS NASAL DE APROXIMADAMENTE 14 CM COM ELÁSTICO DE FIXAÇÃO ATRÁS DA ORELHA. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX. USO ÚNICO.	Peças	2.000,00		
50	MASCARA PFF2" (RESPIRADOR VALVULADO REF.8822/3M) - RESPIRADOR CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO, COMPOSTA POR NÃO-TECIDO MOLDADO EM	Peças	300,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	FIBRAS SINTÉTICAS, POSSUI MEIO FILTRANTE, MONTADO SOBRE A CONCHA, COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR COMPOSTA POR NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE. O CONJUNTO CONTÉM DUAS BANDAS DE EÁSTICO (BORRACHA NATURAL), UMA VÁLVULA DSE EXALAÇÃO (POLIPROPILENO), UMA TIRA DE ESPUMA (POLIURETANO) E UM GRAMPO PARA AJUSTE NASAL NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO SOB A FACE DO USUARIO.				
51	OCCLUSOR OFITALMICO ESTERIL,COM FORMATO ANATOMICO.COMPOSICAO:MANTA DE ALGODAO PURIFICADO,ENVOLTO EM UMA CAMADA DE NAO TECIDO,CONTENDO 01 UNIDADE.TAMANHO 5,5 CM X 7,0 CM.		Peças	120,00	
52	PAPEL 100% CELULOSE, BARREIRA BACTERIANA DE 99,9%, COM DISPOSIÇÃO DAS FIBRAS E TEXTURA HOMOGENEA FACILITANDO A AÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE NO INTERIOR DOS PACOTES, ESPECIALMENTE PRODUZIDO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO E OXIDO DE ETILENO, RESISTENCIA AO RASGO, COM POROSIDEDA CONTROLADA E AUSENCIA DE MICROFUROS. BIODEGRADAVEL, COM MACIEZ E DRAPEABILIDADE PARA FACILITAR O EMPACOTAMENTO, PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 9002, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.; FOLHAS MEDINDO 40 X40 CM.		Folha	4.000,00	
53	PAPEL LENÇOL EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PAPEL CELULOSE, BRANCO		Bobina	18,00	
54	PAPEL P/ IMPRESSAO DE DENSIDADE SUPERIOR, P/ APARELHO DE VIDEO PRINTER SONY MODELO UP 890 MD, C/ 110MM X 20 M, REF. UPP - 110 S.		Rolo	20,00	
55	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA,MODELO BT 300 TAMANHO 120X130 COM 250 FOLHAS.		Bloco	5,00	
56	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG, 48 MM, 16 CM DE EIXO		Rolo	6,00	
57	PAPILOTOMO COM COMPRIMENTO ENTRE 200 E 220CM,		Peças	5,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	DUPLO LUMEM, DIAMETRO DE 05 A 07FR, AREA DE CORTE COM 20 A 30MM, PONTA STANDART, PARA O USO DE FIO GUIA 0,035MM.				
58	PARAFINA HISTOLOGICA, P.F.60 A 62,8 G, C/ 500 G.	_____	_____	Peças	108,00
59	PATCH DE PERICARDIO BOVINO, TAMANHO 11 X 6 CM AREA 66 CM ² , ESPESSURA 0,36 MM	_____	_____	Peças	20,00
60	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FR 1000 ML	_____	_____	Frasco	264,00
61	PISSETA DE PLÁSTICO DE BICO RETO, CAPACIDADE PARA 100 ML, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR AMBAR, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	_____	_____	Peças	48,00
62	PLACA ELETROCIRURGICA NEONATAL BIPARTIDA EM GEL ADESIVO, CONDUTIVO DISPERSIVO, DESCARTÁVEL FLEXIVEL E MOLDAVEL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, PARA BISTURI COM ALARME TIPO SISTEMA REM. (MONITORAMENTO DO ELETRODO DE RETORNO) TAMANHO NEONATAL	_____	_____	Peças	50,00
63	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL BIPARTIDA EM GEL ADESIVO, CONDUTIVO DISPERSIVO, DESCARTÁVEL FLEXIVEL E MOLDAVEL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, PARA BISTURI COM ALARME TIPO SISTEMA REM. (MONITORAMENTO DO ELETRODO DE RETORNO) TAMANHO UNIVERSAL	_____	_____	Peças	1.500,00
64	PRESERVATIVO MASCULINO, NAO LUBRIFICADO	_____	_____	Peças	600,00
65	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE ADULTO COR ROXA - CARTUCHO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, COR ROXA, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA HC100. BOBINA COM 200 PULSEIRAS. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1" (25,4 MM) X 11"	_____	_____	Peças	3.600,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	(279,4 MM), FECHAMENTO ADESIVO AJUSTÁVEL. PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E A IMPRESSÃO RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O CARTUCHO DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
66	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE INFANTIL COR BRANCA - CARTUCHO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, COR BRANCA, TAMANHO PEDIÁTRICO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA HC100. BOBINA COM 300 PULSEIRAS. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1" (25,4 MM) X 7" (177,8 MM), FECHAMENTO ADESIVO AJUSTÁVEL. PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E A IMPRESSÃO RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O CARTUCHO DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.		Peças	5.400,00	
67	REAGENTE PARA ANALISE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO FR C/ 50 ML		Frasco	20,00	
68	REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, TIPO (AMBU) EM 100% DE SILICONE, TAMANHO INFANTIL 500ML, REUTILIZAVÉL, RESISTENTE AO PROCESSO DE ALTA TEMPERATURA (AUTOCLAVÁVEL), E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MANUSEIO. BOLSA CONFECCIONADA EM PURO SILICONE, TRANSPARENTE DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITE REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITE O AQUECIMENTO DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO A FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM CONEXÃO PERFEITA COM BOLSA E COM MÁSCARA DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO		Peças	5,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. MÁSCARA FACIAL REUTILIZÁVEL INFANTIL, EM SILICONE INODORA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NARIZ E BOCA DO PACIENTE, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO. COM BOLSA RESERVATÓRIA DE 600ML, PARA PERMITIR O USO DE OXIGÊNIO PURO FECHADO, TRANSPARENTE, CONECTOR COMPATÍVEL COM BOLSA E COM VÁLVULA SEM QUALQUER ESCAPE. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. KIT. REGISTRO ANVISA.

69	REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, TIPO (AMBU) EM 100% DE SILICONE, TAMANHO NEONATAL 250ML, REUTILIZAVÉL, RESISTENTE AO PROCESSO DE ALTA TEMPERATURA (AUTOCLAVÁVEL), E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MANUSEIO. BOLSA CONFECCIONADA EM PURO SILICONE, TRANSPARENTE DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITE REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITE O AQUECIMENTO DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO A FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM CONEXÃO PERFEITA COM BOLSA E COM MÁSCARA DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. MÁSCARA FACIAL REUTILIZÁVEL NEONATAL, EM SILICONE INODORA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NARIZ E BOCA DO PACIENTE, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO. COM BOLSA RESERVATÓRIA DE 320ML, PARA PERMITIR O USO DE OXIGÊNIO PURO FECHADO, TRANSPARENTE, CONECTOR COMPATÍVEL COM BOLSA E COM VÁLVULA SEM QUALQUER ESCAPE. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. KIT. REGISTRO ANVISA.	Peças	48,00
70	DETERGENTE BIODEGRADAVEL, DESINCRUSTANTE DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES, A BASE DE NONIL FENOL	Pacote	36,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	POLIETOXLADO, ORTOFOSFATO TRISSODICO, EDTA TETRASSODICO, PACOTE COM 1 QUILO.(C/ 1.000 G, C/ 12 X 1.000 G).				
71	SABONETE LIQUIDO DA CABEÇA AOS PÉS FR DE 200 ML.; ÁGUA, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL 80 LAURATO DE SORBITANO, TRICEDIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, COCOANFOACETATO SÓDICO, POLIPROPILENOGLICOL-5 CETET-20, LAURIL GLICOSÍDEO, POLIETILENOGLICOL-75 LANOLINA, DIESTEARATO DE POLIETILENOGLICOL-150, LAURIL ÉTER (13) CARBOXILATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIA, ÁCIDO CÍTRICO, EDTA TERASSÓDICO, METILISOTIAZOLINONA / METILCLOROISOTIAZOLINONA, CORANTE VERMELHO, PH NEUTRO, ISENTO DE ÁLCOOL, ISENTO DE SAPONÁCEO.	_____	_____	Frasco	180,00
72	CLORETO DE SÓDIO GRANULADO ISENTO DE IODO - SAL GROSSO, COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO, ISENTO DE IODO, SÓLIDO EM FORMA DE CRISTAIS, COR BRANCO, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, OBTIDO POR CRISTALIZAÇÃO DURANTE A EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DO MAR, A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA. ACONDICIONADO EM SACO DE RÁFIA TRANÇADA DE 25,0 KG. EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO. DEVE SER TRANSPORTADO DA SALINEIRA AO DISTRIBUIDOR EM CARRO LACRADO, EM CONDIÇÕES IDEAIS PARA SE EVITAR CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO PRODUTO.	_____	_____	Kilogramas	100,00
73	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 03 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 3ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE	_____	_____	Peças	40.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.				
74	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 05 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.			Peças	42.000,00
75	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 10 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM			Peças	86.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.				
76	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 20 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 20ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.		Peças	66.000,00	
77	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO CENTRAL, TIPO LUER SLIP, C/ ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU, CIRÚRGICO CAPACIDADE 60 ML		Peças	1.600,00	
78	SERINGA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO DE 60 ML, BICO CATETER (CENTRAL) C/ ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAPACIDADE 60 ML		Peças	1.200,00	
79	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER LOCK 20 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 20ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE		Peças	500,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.				
80	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO CENTRAL, TIPO LUER LOK C/ ANEL DE RETENCAO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAPACIDADE 60 ML.		Peças	600,00	
81	SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER LOCK 01 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 1ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA.		Peças	28.000,00	
82	SERINGA PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 150 ML - SERINGA PARA INFUSÃO DE CONTRASTE EM BOMBA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 1200 PSI, BICO COM PONTA LUER LOCK, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 150,0 ML, ÊMBOLO COM CONECTOR, COMPATÍVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE LIEBEL - FLARSHEIM - MODELO ANGIOMAT ILLUMENA - REFERÊNCIA 903300D. ACOMPANHA TUBO EM J		Peças	20,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	DE ENCHIMENTO RÁPIDO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
83	SERINGA PARA INSULINA CAPACIDADE 100 UI COM AGULHA, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA AO CORPO DA SERINGA DE 12,7 MM DE COMPRIMENTO POR 0,33 MM DE DIÂMETRO, SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL COM FORMATO CILÍNDRICO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, QUANDO ATIVADO DESLIZA FACILMENTE SOBRE O CILINDRO DA SERINGA EM DIREÇÃO À AGULHA, RECOBRINDO-A TOTALMENTE. UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA É ACIONADO, ELE SE TRAVA, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E IMPEDINDO A REUTILIZAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.		Peças	1.000,00	
84	SERRA DE GIGLI MX 1021 DE 30 CM.		Peças	15,00	
85	SISTEMA DE ENCHIMENTO E INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRASTE OU CONECTOR PARA INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE MEIO DE CONTRASTE EM EXAMES DE TOMOGRAFIA (SEM SERINGAS), PARA INJETORA DE 2 (DUAS) CABEÇAS, VÁLVULA ANTIRREFLUXO NAS DUAS VIAS (SORO E CONTROLE). ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM AS SERINGAS DA INJETORA - STELLANT® D - MEDRAD.		Conjunto	80,00	
86	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.14, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML		Conjunto	10,00	
87	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.22,		Conjunto	5,00	

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

88	COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML		Conjunto	20,00		
89	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.28, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML		Conjunto	5,00		
90	SOLUCAO ALCOOLICA CLOREXIDINA 0,5% FR 100 ML		Frasco	750,00		
91	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% FR 1LITRO (1000 ML).		Frasco	600,00		
92	SOLUÇÃO AQUOSA POLIVIDONA 10 % DE IODO ATIVO + AGUA FRASCO 100 ML.		Frasco	390,00		
93	SOLUCAO DE ÁCIDO ACETICO + PEROXIDO DE HIDROGENIO, ESTERILIZANTE PARA MAQUINAS DE HEMODIALISE (GL 5000 ML).		Galão	20,00		
94	SOLUÇÃO DE ORTOFTALALDEIDO 0,55% , DETERGENTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ORTOFTALALDEIDO A 0,55% COMPATÍVEL COM METAIS, PLÁSTICOS E ENDOSCÓPICOS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS; PROPRIEDADES: MICOBACTERICIDA, BACTERICIDA FUNGICIDA E VIRUCIDA; PRONTO USO - GALÃO DE 3,78 LITROS.		Galão	80,00		
95	SOLUCAO DEGERMANTE CLOREXIDINA 2% FR 100 ML		Frasco	300,00		
96	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ,S/ BICO DISPENSADOR, C/ 1.000 ML		Litros	840,00		
97	SOLUCAO DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SODIO A 1%		Litros	120,00		
98	SOLUÇÃO DEGERMANTE DE POLIVIDONA 10 % DE IODO + LAUREL ETER SULFATO SODIO 27% FRASCO 100 ML		Frasco	20,00		
99	SONDA DE FOLLEY N. 06 2 VIAS 100% SILICONE.		Peças	60,00		
100	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA,		Peças	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

101	ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 10, 2 VIAS, 5 ML SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 12, 2 VIAS, 30 ML.	Peças	100,00		
102	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 14, 2 VIAS, 30 ML.	Peças	500,00		
103	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 16, 2 VIAS, 30 ML.	Peças	600,00		
104	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 18, 2 VIAS, 30 ML.	Peças	400,00		
105	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 20, C/ 3 VIAS, DE 30 ML	Peças	140,00		
106	SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, N. 26, 3 VIAS, 30 ML	Peças	20,00		
107	SONDA DE GASTROSTOMIA N. 12, COM BALAO, E COM ANEL DE FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO, 100% SILICONE.	Peças	10,00		
108	SONDA DE GASTROSTOMIA N. 14, COM BALAO, COM ANEL DE FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO 100% SILICONE.	Peças	20,00		
109	SONDA DE GASTROSTOMIA N. 16, COM BALAO COM ANEL DE FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO, 100% SILICONE.	Peças	30,00		
110	SONDA DE GASTROSTOMIA N. 18, COM BALAO COM ANEL DE FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO 100% SILICONE.	Peças	20,00		
111	SONDA DE GASTROSTOMIA N. 20 COM BALAO COM ANEL DE	Peças	30,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	FIXAÇÃO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO 100% SILICONE.			
112	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALÃO 7,0 MM, UMA VIA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMATO DE ESPIRAL, OPACO À RADIAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 7,0 MM E COMPRIMENTO 318,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E FLEXÍVEL PARA ADAPTAR A POSIÇÃO DO PACIENTE, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO DE PVC QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	100,00	
113	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5 MM COM BALÃO, UMA	Peças	60,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

VIA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL EM FORMATO DE ESPIRAL, OPACO À RADIAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 7,5 MM E COMPRIMENTO 328,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E FLEXÍVEL PARA ADAPTAR A POSIÇÃO DO PACIENTE, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO DE PVC QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

114	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL, DE POLIURETANO MACIO/FLEXÍVEL, RADIOPACA, COM MANDRIL AÇO INOX, CONEXÃO LUER-LOCK INVERTIDO, CALIBRE CH 8, DIAM. EXT. 2.8 MM, DIAM. INT. 2.1 MM, COMPRIMENTO 120 CM.	Peças	40,00	
115	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL, DE POLIURETANO	Peças	40,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	MACIO/FLEXIVEL, RADIOPACA, COM MANDRIL ACO INOX, CONEXAO LUER-LOCK INVERTIDO, CALIBRE CH 8, DIAM. EXT. 2.8 MM, DIAM. INT. 2.1 MM, COMPRIMENTO 60 CM, PEDIATRICA.					
116	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM TUBO DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO BRANCO, FLEXIVEL, RADIOPACO, ATÓXICO, PESO DE TUNGSTÊNIO PARA FACILITAR A MIGRAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA Sonda NO ESTÔMAGO E/OU DUODENO. EXTREMIDADE PROXIMAL EM "Y" CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA, PERMITINDO AJUSTE DE TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. ACOMPANHADA DE FIO GUIA (MANDRIL) DE AÇO INOXIDÁVEL E LUBRIFICANTE PARA RETIRADA DO GUIA. CALIBRE 12, COMPRIMENTO 120 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			Peças	400,00	
117	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 6, EMBALAGEM INDIVIDUAL).			Peças	30,00	
118	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 8, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	70,00	
119	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 10, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	70,00	
120	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 14, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	60,00	
121	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 18, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	200,00	
122	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 20, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	240,00	
123	SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 22, EMBALAGEM INDIVIDUAL)			Peças	120,00	
124	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DE POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBAL. INDIV. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE.			Peças	1.200,00	
125	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DE POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA			Peças	4.000,00	

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	PRESSÃO NEGATIVA. EMBALAGEM. INDIVIDUAL. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE.				
126	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DE POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE.	Peças	1.600,00		
127	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DE POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBAL. INDIV. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE	Peças	8.000,00		
128	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DE POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, COM VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE.	Peças	6.600,00		
129	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 18, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	50,00		
130	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 20, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	40,00		
131	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 22, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	20,00		
132	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 24, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	20,00		
133	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 26, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	20,00		
134	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 28, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	20,00		
135	SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 30, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO.	Peças	10,00		
136	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 06, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	2.400,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

137	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 08, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	3.000,00		
138	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 10, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	1.400,00		
139	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 16, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	400,00		
140	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 18, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	200,00		
141	SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, Nº20, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Peças	160,00		
142	TENSOPLAST 10 CM X 4,5 M	Rolo	20,00		
143	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR, ORAL E RETAL, COM ALARME SONORO,LEITURA RAPIDA,MEMORIA DA ULTIMA LEITURA, ALARME DE FEBRE,APRESEN. COM ESTOJO PILHA INALADA E CAPA.PRECISÃO DE 0,1 C,FACIL USO,EMITE SOM LEITURA CONCLUIDA,DESLIGA AUTOMATICO. GARANTIA DE 02 ANOS.	Peças	200,00		
144	TINTURA DE BENJOIN 20% FRASCO 100 ML	Frasco	120,00		
145	TIRA REAGENTE PARA UROANALISE, P/ CETONAS NA URINA	Caixas	20,00		
146	TORNEIRA DE 3 VIAS P/ INFUSAO VENOSA, TORNEIRA DESCARTAVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO, DIVIDIDA EM CORPO E NUCLEO: O CORPO DA PEÇA (EM PLÁSTICO CRISTAL) DEVE POSSUIR TRÊS VIAS COM DUAS EXTREMIDADES TIPO LUER LOCK E UMA TIPO MACHO COM TAMPA PROTETORA; O NUCLEO (EM PLÁSTICO OPACO E COLORIDO) DEVE POSSUIR PERFURAÇÕES E O MOVIMENTO DE PERMITIR OU BLOQUEAR O FLUXO DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DE MOVIMENTO GITATÓRIO DE MANOPLA, QUE DEVE CONTER SETAS (CLARAMENTE VISÍVEIS NA SUA SUPERFICIE) INDICANDO A LIBERAÇÃO DO FLUXO. DEVE TER EXCELENTE ADAPTAÇÃO COM TODOS OS TIPOS DE CATETER VISANDO MANTER INTEGRIDADE E SEGURANÇA DO SISTEMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO E POLIPROPÍLENO, COM ABERTURA EM PÉTULA.	Peças	18.000,00		
147	TORNIQUETE GARROTE P/ ESTASE VENOSA - TORNIQUETE PARA COMPRESSÃO DO FLUXO VENOSO POR GARROTEAMENTO, CONFECCIONADO EM BORRACHA	Peças	50,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	SINTÉTICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, LIVRE DE PROTEÍNAS QUE CAUSAM ALERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45,0 CM DE COMPRIMENTO, 2,5 CM DE LARGURA. ROLO COM 25 UNIDADES, PICOTADO A CADA 45,0 CM, VIABILIZANDO O FRACIONAMENTO. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
148	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA ADULTO - KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA ADULTO COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE: UM EQUIPO MACROGOTAS; UM EXTENSOR DE BAIXA COMPLACÊNCIA DE 1,22 CM DE COMPRIMENTO; UMA TORNEIRA MULTIDIRECIONAL; UM EXTENSOR DE BAIXA COMPLACÊNCIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO; UM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL COM CONECTOR DE CINCO POLOS PARA CABO QUE LIGA AO MONITOR, POSSUINDO FIOS DE APROXIMADAMENTE 29 CM DE COMPRIMENTO E PROTETOR DE UMIDADE, CONECTOR VAZADO LOCALIZADO NA SUA PARTE SUPERIOR E DESCENTRALIZADO DE FORMA A NÃO PERMITIR CONEXÃO INCORRETA AO CABO DO MONITOR E PROTEGENDO OS POLOS, ACOPLADO AO TRANSDUTOR MULTIDIRECIONAL E DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUXO (3 ML/HORA).		Kit	400,00	
149	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA - INFANTIL (KIT PARA MONITORIZACAO DE PRESSAO INVASIVA INFANTIL).		Kit	30,00	
150	TUBO DE VENTILACAO CARRETEL DRENEX DX 1021 - DRENO OTOLÓGICO IMPLANTÁVEL (TUBO DE VENTILAÇÃO) NÚMERO 1021, CONFECCIONADO EM SILICONE, COR AZUL PARA PERMITIR FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FLEXÍVEL, FORMATO DE CARRETEL VAZADO COM FLANGES LATERAIS DE IGUAL TAMANHO. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO 1,2 MM E DIÂMETRO EXTERNO 2,6 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,		Peças	12,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.			
151	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0 MM COM BALÃO, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 4,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 5,5 MM, COMPRIMENTO 210,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.		Peças	20,00
152	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5 COM BALÃO, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 4,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6,2 MM, COMPRIMENTO 230,0		Peças	50,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

153	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0 MM COM BALÃO, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 5,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6,8 MM, COMPRIMENTO 250,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM	Peças	70,00
-----	--	-------	-------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA

154	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5 MM COM BALÃO, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 5,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 7,4 MM, COMPRIMENTO 280,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE	Peças	50,00
-----	--	-------	-------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

155	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0 MM, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 6,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 8,2 MM, COMPRIMENTO 290,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE	Peças	50,00
-----	---	-------	-------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

156	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0 MM, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 7,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 9,6 MM, COMPRIMENTO 310,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,	Peças	100,00
-----	--	-------	--------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.			
157	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 MM, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 7,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 10,2 MM, COMPRIMENTO 320,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	380,00	
158	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0 MM, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 8,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 11,0 MM, COMPRIMENTO 330,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE	Peças	240,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. A PRESSÃO DO BALÃO É CONTROLADA POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-SLIP E LUER-LOCK. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

159	TUBO ENDOTRAQUEAL NORTE NASAL PRÉ-FORMADA COM BALÃO, CALIBRE 6,5 MM, FORMATO ANATÔMICO CURVADA EM "S". CONFECCIONADO EM PVC TERMOSENSÍVEL SILICONIZADO E MALEÁVEL, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO COM MARCADOR DE PROFUNDIDADE, PONTA DISTAL BISELADA COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO MURPHY, COM BALÃO PROFILE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, CONECTOR COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA,	Peças	100,00
-----	---	-------	--------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.				
160	TUBO ENDOTRAQUEAL NORTE NASAL PRÉ-FORMADA COM BALÃO, CALIBRE 7,0 MM, FORMATO ANATÔMICO CURVADA EM "S". CONFECCIONADO EM PVC TERMOSENSÍVEL SILICONIZADO E MALEÁVEL, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO COM MARCADOR DE PROFUNDIDADE, PONTA DISTAL BISELADA COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO MURPHY, COM BALÃO PROFILE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, CONECTOR COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.	Peças	20,00		
161	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 MM, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 2,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 3,4 MM, COMPRIMENTO 150,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA	Peças	100,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

162	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 3,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 4,2 MM, COMPRIMENTO 170,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	100,00
-----	---	-------	--------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

163	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 3,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 4,8 MM, COMPRIMENTO 190,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	100,00
164	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0 MM, UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 4,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 5,5 MM, COMPRIMENTO 210,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA	Peças	40,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

165	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,5 MM, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 4,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6,2 MM, COMPRIMENTO 230,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA,	Peças	50,00
-----	---	-------	-------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
166	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5,0 MM UMA VIA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 5,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6,8 MM, COMPRIMENTO 250,0 MM. CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TERMOSENSÍVEL, SILICONIZADO E MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, PAREDES FINAS E RESISTENTES, TRANSPARENTE, ARREDONDADO E CURVADO ANATOMICAMENTE. CONTÉM IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. NA PONTA PROXIMAL HÁ CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DO TUBO, GRADUADO COM LINHAS DE REFERÊNCIA E MARCAS DE PROFUNDIDADE QUE SE ESTENDEM POR TODO O COMPRIMENTO DO TUBO DA EXTREMIDADE DISTAL EM DIREÇÃO À EXTREMIDADE PROXIMAL DO CONECTOR. A PONTA DISTAL É BISELADA COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 37,5° COM BORDAS ARREDONDADAS, ATRAUMÁTICO, COM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL ("OLHO DE MURPHY"). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.		Peças	20,00	
167	TUBO TRAQUEAL EM T ADULTO - GRANDE 12MM		Peças	5,00	
168	TUBOS M.C.A 2000 - TUBO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA O CONTROLE ADEQUADO DE HEPARINA E PROTAMINA A SEREM ADMINISTRADOS NO PACIENTE, COMPATÍVEL COM O MONITOR DE COAGULAÇÃO ATIVADA MODELO MCA 2000 - FUNDAÇÃO ADIB JATENE. TUBO DE VIDRO COM TAMPA		Peças	10,00	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

	PLÁSTICA E DISCO DE POLEXAN, - CELITE, (TERRA SILICA PURIFICADA E CALCIFICADA), - BARRA MAGNÉTICA DE FERRITE, - OGIVA PLÁSTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.						
169	VASELINA LIQUIDA 100 ML	_____	_____	Frasco	60,00	_____	_____
170	CURATIVO TRANSPARENTE 8,9 X 11,5 CM TEGADERM - FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA E FIXAÇÃO DE CATETERES ADULTOS, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES: 8,9 CM X 11,5 CM. HIPOALERGÊNICO, UMA FACE ADESIVA, ISENTO DE LÁTEX, SEMIPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO NA FENESTRA E BORDA DE POLIÉSTER, ACOMPANHA DUAS FITAS DE POLIÉSTER PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. POSSUI SISTEMA DE MOLDURA QUE PERMITA APLICAÇÃO ASSÉPTICA. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	_____	_____	Peças	1.480,00	_____	_____
171	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 95,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 53,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE	_____	_____	Peças	312,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

172	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M ² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 116,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 68,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.	Peças	48,00
173	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA	Peças	30,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 138,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 60,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, N^o DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

174	DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M ² , VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 110,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 55,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	Peças	36,00
-----	---	-------	-------



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA 2121 - BLOCO 3P - CEP 38400-902 - BAIRRO SANTA MONICA - UBERLÂNDIA MG

FAX DIVISÃO DE COMPRAS (34) 3239-4901

06.05.99.52 Registro de Preços para Fornecedores (UFU)

ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

Validade da Proposta: 06/11/2015

Forma de Pagamento: 30 dias a partir do atestamento da Nota Fiscal.

Prazo de Entrega: 10 dias.

Comprador: Sérgio / Ricardo

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

Contato: _____ CNPJ / CPF: _____ PIS: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Fone/Fax: _____ Telex: _____ Email: _____

Nome do Banco: _____ Número da Agência: _____

Número da Conta Bancária: _____

_____/_____/_____
Assinatura Data

A proposta deverá apresentar preços em Reais, contendo apenas duas casas após a vírgula para a indicação dos centavos, estando nela incluída todas as despesas tais como: Frete, Tributos, Contribuições, etc...